



Warszawa, dnia 18.11.2010 r.

Tel.: (0-22) 55-46-110

Fax. (0-22) 659-27-14

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 - „na dostawę 2 (dwóch) pionowych komór gorących z osłoną ołowianą dla dostępnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków”

Dnia 16.11.2010 r. od wykonawcy wpłynęło pismo o wyjaśnienie poniższych kwestii

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „na dostawę 2 (dwóch) pionowych komór gorących z osłoną ołowianą dla dostępnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków” Znak Spraw: Nr 001/007/2010

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. u. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr 1, poz. 1078), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ w postępowaniu na dostawę 2 (dwóch) pionowych komór gorących z osłoną ołowianą dla dostępnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków”

Dotyczy Formularza nr 5 oraz 6, p. 18:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w punkcie tym wymaga dostarczenia scentralizowanego systemu gromadzenia gazów medycznych pozwalającego na automatyczną rejestrację i raportowanie czasu rozpoczęcia, z której komory rozpoczęto zasysanie gazów powstających w module syntezy oraz czasu w którym zdekontaminowany gaz został wypuszczony do atmosfery wraz otrzymaniem raportów z tych czynności zgodnie z wymogami GMP co do konieczności dokumentowania wszelkich aktywności produkcyjnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający w żadnym z punktów, stanowiących o wymaganiach technicznych wobec przedmiotu zamówienia, a umieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 001/007/2010 nie wymaga dostarczenia „systemu gromadzenia gazów medycznych”. Powyższe stwierdzenie o braku takiego wymagania odnosi się również do Formularza nr 5 oraz 6, p. 18, przywołanego przez Podmiot składający prośbę wyjaśnienie.

Dotyczy Formularza nr 5, oraz 6 p. 18:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w punkcie tym wymaga dostarczenia systemu gromadzenia gazów medycznych pozwalającego na zachowanie ciągłości pracy modułu syntezy – usuwająca trwale skontaminowane gazy z przestrzeni modułu syntezy w taki sposób aby można było bez przeszkód wykonać kolejną syntezę.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN



UNIwersytet Warszawski

Przetarg nieograniczony 001/001/2010
Symbol UW/04/SLCJ/10



Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający w żadnym z punktów, stanowiących o wymaganiach technicznych wobec przedmiotu zamówienia, a umieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 001/007/2010 nie wymaga dostarczenia „systemu gromadzenia gazów medycznych”. Powyższe stwierdzenie o braku takiego wymagania odnosi się również do Formularza nr 5 oraz 6, p. 18, przywołanego przez Podmiot składający prośbę wyjaśnienie.

Dotyczy Formularza nr 5 oraz 6, p. 22:

Prosimy o rezygnację z tego wymogu. Z wiedzy jaka dysponujemy, gorące komory dostępne na rynku nie są wyposażane w systemy monitorowania wewnętrznych parametrów i jedyne komputery w jakie się je wyposaża dostarczane są wraz z odpowiednimi modułami syntezy.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający w żadnym z punktów, stanowiących o wymaganiach technicznych wobec przedmiotu zamówienia, a umieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 001/007/2010 nie wymaga dostarczenia „komputera”. Powyższe stwierdzenie o braku takiego wymagania odnosi się również do Formularza nr 5 oraz 6, p. 18, przywołanego przez Podmiot składający prośbę wyjaśnienie. W pkt.18 Zamawiający jednoznacznie wskazuje konieczność posiadania przez urządzenie „Połączenia RS dla interfejsu do PC” czyli złącza, pozwalającego na diagnostykę urządzenia.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Dr Jarosław Choiński



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN